

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

NÚMERO 201.24/2500463

PÁGINA 1 DE 2

ENTIDADE

NOME VALORSUL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A.
ENDEREÇO Plataforma Ribeirinha da CP, Estação de Mercadorias da Bobadela, 2696-801 São João da Talha

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

DESIGNAÇÃO Instrumento de Pesagem não Automático (IPnA)
MARCA Barcebal
MODELO MCA
NÚMERO 3070
CONSTITUIÇÃO Indicador e receptor de carga com 6 célula e 6 apoios.

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

CLASSE DE EXATIDÃO III
INTERVALO DE INDICAÇÃO 400 kg a 60000 kg
DIVISÃO DA VERIFICAÇÃO 20 kg
DESPACHO DE APROVAÇÃO DE MODELO E03-00-0006

OPERAÇÃO EFETUADA

TIPO Verificação Periódica
DATA 2025-02-28
MÉTODO Comparação
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA Decreto-Lei n.º 43/2017 de 18 de abril; Portaria n.º 320/2019; OIML R76-1:2006; OIML R76-2:2007; EN 45501:2015; DTPT008 Ed.07
RASTREABILIDADE METROLÓGICA Servimetro
RESULTADO Aprovado

Nota: Ao abrigo da Portaria n.º 320/2019 de 19 de Setembro, que aprova o Regulamento do Controlo Metroológico Legal dos Instrumentos de Pesagem não Automáticos, a operação associada a este Certificado de Verificação, no case de aprovação, é válida por um ano, após a data da sua realização.

Etiqueta Informativa n.º 2025-001-205179-6

Santo Antão do Tojal, 06 de Março de 2025

Verificado por
Sérgio Lourenço

Técnico

Responsável técnico


Assinado digitalmente por
Hélio José Maria

Hélio Maria

Ensaíos fora do âmbito da acreditação para valores superiores a 150000 kg.

O presente Certificado de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

NÚMERO 201.24/2500463

PÁGINA 2 DE 2

INFORMAÇÃO ESPECÍFICA

| | |
|------------------------|---|
| LOCAL DA VERIFICAÇÃO | Plataforma Ribeirinha da CP, Estação de Mercadorias da Bobadela, 2690-360 Santa Iria de Azóia |
| TIPO DE INDICAÇÃO | Descontínua |
| TIPO DE EQUILIBRIO | Automático |
| TIPO DE RETORNO A ZERO | Automático |
| MULTIESCALA | Não |
| MULTIGAMA | Não |
| TARA | Inativa |
| VERSÃO DE SOFTWARE | V1.0110B |

RESULTADOS

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| ENSAIO DE PESAGEM | Aprovado |
| ENSAIO DE EXCENRICIDADE | Aprovado |
| ENSAIO DE MOBILIDADE | Aprovado |
| ENSAIO DE SENSIBILIDADE | Não aplicável |
| ENSAIO DE REPETIBILIDADE | Aprovado |
| ENSAIO DE ESTABILIDADE DO EQUILÍBRIO | Não aplicável |
| ENSAIO DE PESAGEM COM TARA | Não aplicável |

A conformidade não tem em conta a incerteza da medição.

Ensaaios fora do âmbito da acreditação para valores superiores a 150000 kg.

Foi efectuada a selagem de acordo com a Portaria n.º 211/2022 de 23 de agosto.

Os resultados referem-se apenas aos itens ensaiados e estão disponíveis no registo correspondente ao presente certificado de verificação.

O presente Certificado de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao item ensaiado.