

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

Número 201.26 / 0008372

ENTIDADE

NOME

VALORSUL, S.A. VALORIZAÇÃO TRAT. RESÍDUOS SÓLIDOS REGIÕES LISBOA E OESTE

ENDEREÇO

ESTRADA MILITAR AO LUMIAR (PLATAFORMA RIBEIRINHA DA CP 2696-801 BOBADELA)

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

DESIGNAÇÃO

Balança

MARCA

PRECIA

MODELO

X201-A

NÚMERO

06F038776

CONSTITUIÇÃO

-

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

CLASSE DE EXATIDÃO

Classe III

INTERVALO DE INDICAÇÃO

400 000 g a 60 000 000 g

RESOLUÇÃO DO DISPOSITIVO AFIXADOR

20 000 g

DESPACHO DE APROVAÇÃO DE MODELO

E-01-00-005

OPERAÇÃO EFETUADA

TIPO

Verificação Periódica

DATA

2025-10-15

MÉTODO

Método de ensaio de acordo com o Procedimento 3.03.PTE.01

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

Portaria n.º 320/2019 de 19 de setembro - Regulamento do Controlo Metrológico Legal dos IPna;

RASTREABILIDADE METROLÓGICA

Às unidades SI, através dos padrões calibrados por CML, IPQ e Servimetro

RESULTADO

Aprovado, em conformidade com o Regulamento em vigor.
Etiqueta Informativa n.º 2025-001-041197-2

Nota: Ao abrigo da Portaria n.º 320/2019 de 19 de setembro, que aprova o Regulamento do Controlo Metrológico Legal dos Instrumentos de Pesagem de funcionamento não automático, a operação associada a este Certificado de Verificação, no caso de aprovação, é válida por 365 dias, após a data da sua realização.

Lisboa, 18 de outubro de 2025



Técnico



Responsável Técnico

Cliente:

Valorsul S.A

 Plat. Ribeirinha da CP, Estação de Mercadorias da
 Bobadela

2696-801 Loures


Declaração UE de Conformidade
Declaration UE of conformity
Déclaration UE de conformité
N.: 25-01181

 Numero de identificação do organismo notificado, que efetuou auditoria
 para o Módulo D em conformidade com a Diretiva 2014/31/UE
Identification number of the notified body that has performed
Module D audit referred to the Directive 2014/31/EU
 Numéro d'identification de l'organisme notifié, qui a examiné le respect du
 Module D en conformité avec la directive 2014/31/UE

0122

 Sistema de Qualidade aprovado pelo NMI Certin B.V. de acordo com Certificado N.º CE-357
Quality system approved by NMI Certin B.V. according to Certificate N.º CE-357
 Système de qualité approuvé par NMI Certin B.V. selon le certificat N.º CE-357

 Nome e endereço do fabricante ou do seu mandatário
Name and address of manufacturer or his authorised representative
 Nom et adresse du fabricant ou de son représentant autorisé

BARCELBAL - Balanças e Básculas, S.A.
 Rua dos Canteiros, n. 53
 Parque Industrial de Adaúfe - Lote O3B
 4710-571 Braga - PORTUGAL

 Instrumento de pesagem de funcionamento não automático
Non-automatic weighing instrument
 Instrument de pesage à fonctionnement non automatique

III

Fabricante: <i>Manufacturer:</i> Fabricant:	BARCELBAL
Tipo/Modelo: <i>Type/Model:</i> Type/modèle:	MCA
Nr. de certificado de homologação CE (caso aplicável): <i>No of the EC type-approval certificate (where applicable):</i> Nº du certificat d'approbation CE de type (le cas échéant):	T12592
Numero(s) de série: <i>Serial number(s):</i> Numéro(s) de série:	4192
Lugar de instalação / Localização / Área de uso: <i>Place of installation / Location / Area of use:</i> Emplacement / Endroit d'utilisation / Sphère d'utilisation:	Lumiar (Gravidade: 9,80031)

Selagem do Instrumento de Pesagem (selos aplicados): VCE.3825, VCE.3826, VCE.3827, VCE.3828.

 Corresponde ao modelo descrito no certificado de homologação CE, com os requisitos da Directiva 2014/31/UE e alterações, e as seguintes directivas: 2014/30/UE e 2014/35/UE, declaradas pelo fabricante dos terminais de pesagem.
Corresponds to the production model described in the EC type-approval certificate and to the requirements of the Directive 2014/31/EU as amended and to the following EC directives: 2014/30/UE and 2014/35/UE, declared by the manufacturer of the weighing indicators.

Correspond au modèle décrit sur le certificat d'approbation CE de type, aux exigences de la directive 2014/31/UE modifiée et directives CE suivantes: 2014/30/UE et 2014/35/UE, déclarée par le fabricant d'indicateurs de pesage.

 Exames e ensaios efectuados em conformidade com a norma europeia: EN 45501-8.3. / EN 61000-6.3. / EN 61010-1.
Performed examinations and tests referred to in: EN 45501-8.3. / EN 61000-6.3. / EN 61010-1.


Examens et essais accomplis en conformité avec la norme européenne: EN 45501-8.3. / EN 61000-6.3. / EN 61010-1.

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Cette déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabricant.

 Assinatura
Signature
 Signature


 BARCELBAL
 Balanças e Básculas, S.A.
 Dep. Técnico

 Data
Date
 Date

11/09/2025