

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

NÚMERO 12657/20

PÁGINA 1 DE 2

ENTIDADE

NOME Valorsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e Oeste, S.A.
ENDEREÇO Plataforma Ribeirinha da CP, Estação de Mercadorias da Bobadela, 2696-801 São João da Talha

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

DESIGNAÇÃO Instrumento de Pesagem de Funcionamento não Automático (IPnA)
MARCA Precia Molen
MODELO X201-A
NÚMERO 03F629685
CONSTITUIÇÃO Indicador e receptor de carga com 6 células e 6 apoios.
APROVAÇÃO DE MODELO F-01-A005

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

CLASSE DE EXATIDÃO III
INTERVALO DE INDICAÇÃO 400 kg a 60000 kg
DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO 20 kg

OPERAÇÃO EFETUADA

TIPO Verificação Periódica (VP)
DATA 2020-05-29
MÉTODO Comparação
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA DTPT008, Ed. 5; OIML R76-1:2006; OIML R76-2:2007; EN 45501:2015
RASTREABILIDADE METROLÓGICA Às unidades SI, através de massas calibradas pela Servimetro
RESULTADO Aprovado

Nota: Ao abrigo do Artigo 4º do Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de setembro, a operação associada a este Certificado de Verificação é válida até 31 de dezembro de 2021.

Etiqueta Informativa n.º 435178

Santo Antão do Tojal, 2 de junho de 2020

Verificado por

Renato Frade

Técnico



Responsável técnico

Hélio Maria
Hélio Maria

(*) As características e propriedades metrológicas e funcionais, referentes ao presente Instrumento de Medição, foram determinadas de acordo com o exigido na Portaria n.º 320/2019 de 19 de Setembro, e no(s) procedimento(s) de ensaio(s) utilizado(s).

Ensaíos fora do âmbito da acreditação para valores superiores a 150000 kg.

O presente Certificado de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

NÚMERO 12657/20

PÁGINA 2 DE 2

INFORMAÇÃO ESPECÍFICA

Local da verificação	Plataforma Ribeirinha da CP, Estação de Mercadorias da Bobadela, 2696-801 São João da Talha
Tipo de indicação	Descontínua
Tipo de equilíbrio	Automático
Tipo de retorno a zero	Automático
Multiescala	Não
Multigama	Não
Tara	Inativa

RESULTADOS

Ensaio de pesagem	Aprovado
Ensaio de excentricidade	Aprovado
Ensaio de mobilidade	Aprovado
Ensaio de sensibilidade	Não aplicável
Ensaio de repetibilidade	Aprovado
Ensaio de estabilidade do equilíbrio	Não aplicável
Ensaio de pesagem com tara	Não aplicável

Os resultados referem-se apenas aos itens ensaiados e estão disponíveis no registo correspondente ao presente Certificado de Verificação.

A operação associada a este certificado de Verificação é válida até 31 de Dezembro de 2021,
de acordo com o artigo 4º do Decreto-Lei n.º 291/90 de Setembro.

Foi efectuada a selagem de acordo com a Portaria n.º 962/90 de 6 de Julho.

(*) As características e propriedades metrológicas e funcionais, referentes ao presente Instrumento de Medição, foram determinadas de acordo com o exigido na Portaria n.º 320/2019 de 19 de Setembro, e no(s) procedimento(s) de ensaio(s) utilizado(s).
Ensaaios fora do âmbito da acreditação para valores superiores a 150000 kg.

O presente Certificado de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).